

## 6. Свидетельство о приёмке

Датчик концентрации пыли ICB300-02

№ \_\_\_\_\_ признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_ Печать ОТК \_\_\_\_\_

## 7. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано ООО "АЙСИБИКОМ" согласно требованиям конструкторской документации.

Дата упаковки \_\_\_\_\_ Печать \_\_\_\_\_

## 8. Особые отметки:

ООО «АЙСИБИКОМ»



Датчик концентрации пыли  
ICB300-02

## ПАСПОРТ

### 1. Общие сведения

Датчик концентрации пыли ICB300-02 предназначен для определения концентрации пыли в воздухе с минимальным размером частицы 1,0 мкм. Имеет модификации для использования внутри помещений и вне их.

#### Наименование изделия:

Датчик концентрации пыли ICB300-02

Обозначение: ICB300-02

### 2. Комплектность поставки

Наименование	Количество
Датчик концентрации пыли ICB300-02	1 шт.
Паспорт	1 шт.
Упаковка	1 шт.

## 3. Технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Объект выборки	PM1.0, PM2.5, PM10
Диапазон	0 – 1000 мкг/м <sup>3</sup>
Точность	±3% FS при 25°C
Питание	5 В DC, 12 – 24 В DC
Выход	4 – 20 мА, 0 – 5 В, 0 – 10 В, RS-485
Потребляемая мощность	<50 мА, 24 В (4 – 20 мА)
Время разогрева	3 мин
Время отклика	<90 с
Температурный дрейф	≤0,2% FS/°C
Стабильность	≤±2% FS
Воспроизводимость	≤±1% FS
Рабочая температура	-20°C – +50°C при 15 – 80% RH
Хранение	-40°C – +60°C при 20 – 90% RH
Материал корпуса	АБС – пластик

## 4. Гарантийный талон на ремонт (замену) прибора Датчик концентрации пыли ICB300-02

Приобретен \_\_\_\_\_  
(заполняется реализующей организацией)

Введен в эксплуатацию \_\_\_\_\_  
(дата, подпись)

Принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием \_\_\_\_\_

Работы по устранению неисправностей \_\_\_\_\_

Подпись руководителя ремонтного предприятия \_\_\_\_\_

Адрес владельца \_\_\_\_\_

### 5. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента передачи изделия покупателю при соблюдении условий и правил хранения, транспортировки и эксплуатации.

При отказе изделия в течение гарантийного срока, оно должно быть возвращено в ООО "АЙСИБИКОМ" для ремонта или замены.

Адрес изготовителя: 143409, Московская область, г. Красногорск, д. Путилково, тер. Гринвуд, 17, пом. 21-28

Сайт: <https://icbcom.ru/>

Электронная почта: [sales@icbcom.ru](mailto:sales@icbcom.ru)

Тел.: 8 (495) 249-03-37, 8 (800) 775-19-75

### 3. Технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Объект выборки	PM1.0, PM2.5, PM10
Диапазон	0 – 1000 мкг/м <sup>3</sup>
Точность	±3% FS при 25°C
Питание	5 В DC, 12 – 24 В DC
Выход	4 – 20 мА, 0 – 5 В, 0 – 10 В, RS-485
Потребляемая мощность	<50 мА, 24 В (4 – 20 мА)
Время разогрева	3 мин
Время отклика	<90 с
Температурный дрейф	≤0,2% FS/°C
Стабильность	≤±2% FS
Воспроизводимость	≤±1% FS
Рабочая температура	-20°C – +50°C при 15 – 80% RH
Хранение	-40°C – +60°C при 20 – 90% RH
Материал корпуса	АБС – пластик

### 4. Гарантийный талон на ремонт (замену) прибора Датчик концентрации пыли ICB300-02

Приобретен \_\_\_\_\_  
(заполняется реализующей организацией)

Введен в эксплуатацию \_\_\_\_\_  
(дата, подпись)

Принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием \_\_\_\_\_

Работы по устранению неисправностей \_\_\_\_\_

Подпись руководителя ремонтного предприятия \_\_\_\_\_

Адрес владельца \_\_\_\_\_

### 5. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента передачи изделия покупателю при соблюдении условий и правил хранения, транспортировки и эксплуатации.

При отказе изделия в течение гарантийного срока, оно должно быть возвращено в ООО "АЙСИБИКОМ" для ремонта или замены.

Адрес изготовителя: 143409, Московская область, г. Красногорск, д. Путилково, тер. Гринвуд, 17, пом. 21-28

Сайт: <https://icbcom.ru/>

Электронная почта: [sales@icbcom.ru](mailto:sales@icbcom.ru)

Тел.: 8 (495) 249-03-37, 8 (800) 775-19-75

### 6. Свидетельство о приёмке

Датчик концентрации пыли ICB300-02

№ \_\_\_\_\_ признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_ Печать ОТК \_\_\_\_\_

ООО «АЙСИБИКОМ»



Датчик концентрации пыли  
ICB300-02

### ПАСПОРТ

#### 1. Общие сведения

Датчик концентрации пыли ICB300-02 предназначен для определения концентрации пыли в воздухе с минимальным размером частицы 1,0 мкм. Имеет модификации для использования внутри помещений и вне их.

**Наименование изделия:**

Датчик концентрации пыли ICB300-02

**Обозначение:** ICB300-02

#### 2. Комплектность поставки

Наименование	Количество
Датчик концентрации пыли ICB300-02	1 шт.
Паспорт	1 шт.
Упаковка	1 шт.

### 8. Особые отметки: