

Свидетельство о приёме

«ICB-2E» - Датчик глубины снега

Заводской № _____ признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска «__» _____ г.

Печать ОТК _____

Свидетельство об упаковке

Датчик упакован ООО "АйСиБиКом" согласно требованиям, технических условий на прибор и конструкторской документации.

Дата упаковки _____ Печать _____

Особые отметки:

ООО «АЙСИБИКОМ»



«ICB-2E» Ультразвуковой датчик глубины снега

ПАСПОРТ

г. Москва

1. Общие сведения

Датчик глубины снега «ICB-2E» использует ультразвуковую технологию дистанционного зондирования для определения толщины снега.

Ультразвуковой датчик уровня, является универсальным. Осуществляет мониторинг уровня и передачу данных.

Отличается сильной помехоустойчивостью; свободной настройкой верхнего и нижнего уровней; оперативным регулированием выходных данных; индикацией на устройстве; интерфейсом RS485 а также простым подключением к основному устройству. Корпус изготовлен из водостойкого инженерного ABS-пластика. Может применяться в различных областях для измерения и контроля уровня.

Наименование изделия: Датчик глубины снега «ICB-2E»

Обозначение: «ICB-2E»

Дата выпуска «__» _____ 20__ г.

Заводской номер № _____

Изготовитель: ООО «АйСиБиКом» Россия, 127238, г. Москва, Вернадского пр-кт, дом № 29, этаж 8, пом. I, комн. 7 (PM6), тел: 8(495)249-04-50.

2. Условия эксплуатации:

– рабочий диапазон температур: (-40 ÷ +65⁰)С.

3. Технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Диапазон	10 м
Слепая зона	0,5 м
Погрешность измерения	0,3%
Дисплей	OLED
Разрешение экрана	1 мм
Выход	4 - 20 мА, RS485
Рабочая температура	-40 °С - +65 °С
Рабочая влажность	≤80%RH
Температура хранения	-40 °С - +85 °С
Влажность хранения	≤70%RH
Питание	12-24V DC
Потребляемая мощность	<1,5 Вт
Материал	ABS-пластик

4. Комплектность поставки датчика

Наименование	Количество
Датчик глубины снега «ICB-2E»	1 шт.
Паспорт с гарантийным талоном	1 шт.
Упаковка	1 шт.

**Гарантийный талон
на ремонт (замену) прибора**

Датчик глубины снега «ICB-2E»

Приобретен _____
(заполняется реализующей организацией)

Введен в эксплуатацию _____
(дата, подпись)

Принят на гарантийное обслуживание ремонтным
предприятием _____

Работы по устранению неисправностей _____

Подпись руководителя ремонтного предприятия _____

Адрес владельца _____

Гарантии изготовителя

ООО "АйСиБиКом" гарантирует датчика работу в течение ____ месяцев с момента изготовления при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации согласно руководству пользователя.

В течение гарантийного срока ремонт датчика осуществляется за счет организации производителя ООО "АйСиБиКом".

Срок службы датчика – не менее 20 лет.

При отказе датчика в течение гарантийного срока, датчик, должен быть возвращен в ООО "АйСиБиКом" для ремонта или замены.

Адрес предприятия-изготовителя: 119331, Москва г, Вернадского пр-кт, дом № 29, этаж 8, пом. I, комн. 7 (PM6)